

2022年6月24日

検査結果報告遅延のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目につきまして、検査委託先より結果の報告が遅延する旨の連絡が入りました。これに伴い、下記のご依頼分以降にお預かりする検体につきましては、結果の報告が遅延いたしますので、取り急ぎご案内申し上げます。

先生方には大変急なお知らせでご迷惑をお掛け致しますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

【対象項目】

コード No.*	検査項目	報告遅延理由	検査案内
01922 (739)	1,25-(OH) ₂ ビタミンD	測定試薬に同梱されているキャリブレーションの設定濃度が出荷規格を満たしていないことが確認され、試薬の納入が遅延するため	P22

*コード No.欄：括弧内は従来システムのコード No.を表記しています。

なお、検査の受託は継続して行っております。

ご依頼いただく際は報告遅延の状況をご了承の上、ご出検くださいますようお願い申し上げます。

報告遅延解消の際には、改めてご案内申し上げます。

【対象時期】2022年6月28日（火）ご依頼分より報告遅延

以上

尚、詳細につきましては、営業担当者またはインフォメーションまでお問い合わせ下さい。