

2023 年 12 月 19 日

測定機器および試薬変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記の検査項目で使用している測定機器の製造販売中止に伴い、測定機器を更新するとともに測定試薬を変更させていただきます。

なお、この変更に伴う検査方法など受託要領の変更はございません。

誠に恐縮ではございますが、何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

【変更内容】

コード No.	検査項目名	変更内容	検査 案内
08700	結核菌群核酸同定/リアルタイムPCR (MTC/リアルタイムPCR)	測定機器の更新および測定試薬を変更いたします。 (受託要領の変更はございません。)	P112
08718	マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー 核酸同定/リアルタイムPCR (非結核性抗酸菌(MAC)/リアルタイムPCR)		

<判定一致率表>

●結核菌群/PCR

		旧		
		(+)	(-)	合計
新	(+)	15	0	15
	(-)	0	15	15
	合計	15	15	30

陽性一致率：100.0%
陰性一致率：100.0%
判定一致率：100.0%

●非結核性抗酸菌/PCR(M. アビウム)

		旧		
		(+)	(-)	合計
新	(+)	14	1	15
	(-)	0	15	15
	合計	14	16	30

陽性一致率：93.3%
陰性一致率：100.0%
判定一致率：96.7%

●非結核性抗酸菌/PCR(M. イントラセルラー)

		旧		
		(+)	(-)	合計
新	(+)	15	0	15
	(-)	0	15	15
	合計	15	15	30

陽性一致率：100.0%
陰性一致率：100.0%
判定一致率：100.0%

(自社検討資料)

【変更日】2023 年 12 月 25 日 (月) 検査実施分より

以上

尚、詳細につきましては、営業担当者またはインフォメーションまでお問い合わせ下さい。

本社 〒710-0834 倉敷市笹沖 468 番地の 5

インフォメーション TEL(086)427-2323

ホームページ <http://www.oml-inc.jp>