

2024 年 2 月 7 日

新規受託項目のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記の検査項目を新たに受託開始させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

今後も弊社では皆様方のご要望にお応えできるよう、検査内容を充実させて参りますので、何卒お引き立ての程、宜しく願い申し上げます。

敬白

記

【新規受託項目】

コードNo.	検査項目名
34789 (従来システム 5361)	梅毒 RPR法 定量
34788 (従来システム 5363)	梅毒 TP抗体 定量

梅毒は梅毒トレポネーマ (*Treponema pallidum* : TP) の感染による性感染症の 1 つで、診断では血清中の梅毒抗体を測定して診断する血清学的診断法が一般的です。

血清学的診断法には、梅毒脂質抗原を用いる方法 (serological tests for syphilis : STS) と梅毒トレポネーマに対する特異抗体を検出する方法があり、RPR 法 (rapid plasma reagin test) は前者に、TP 抗体は後者に該当します。

この度、RPR 法と TP 抗体を定量する検査の受託を開始いたします。これらの検査は梅毒感染状態の評価、治療効果の評価に有用です。

【開始時期】 2024 年 4 月 1 日 (月) ご依頼分より

【受託要領】

検査項目名	RPR法定量
コード No.	34789（従来システム 5361）
検体量	血清 0.4mL
採取容器	B（汎用容器）
保存方法	冷蔵
検査方法	ラテックス凝集法
基準範囲	1.0未満
単位	R.U. ※1
所要日数	1日
報告範囲	0.2未満～最終値
報告桁数	小数第1位
検査実施料/判断料	34点/免疫学的検査 144点

検査項目名	TP抗体定量
コード No.	34788（従来システム 5363）
検体量	血清 0.4mL
採取容器	B（汎用容器）
保存方法	冷蔵
検査方法	ラテックス凝集法
基準範囲	10.0 未満
単位	T.U. ※2
所要日数	1日
報告範囲	5.0未満～最終値
報告桁数	小数第1位
検査実施料/判断料	53点/免疫学的検査 144点

《参考文献》

大里和久, 他: 日本性感染症学会誌 13, 124～130, 2002.

※1 「R.U.」は、本検査により測定される抗梅毒脂質抗体価の単位である「RPR UNITS」の略称です。

※2 「T.U.」は、本検査により測定される抗トレポネーマ抗体価の単位である「TITER UNITS」の略称です。

以上