

2024年8月20日

測定機器および試薬変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記の検査項目で使用している測定機器を更新するとともに、測定試薬を機器対応試薬に変更させていただきます。

なお、この変更に伴う検査方法など受託要領の変更はございません。

誠に恐縮ではございますが、何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

【変更内容】

コード No.	検査項目名	変更内容	検査 案内
12194 (4445)	HPV簡易遺伝子型/リアルタイムPCR (HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定))	測定機器の更新および測定試薬を変更 いたします。 (受託要領の変更はございません。)	P71

＜判定一致率表＞

●16 型判定

		旧		
		陽性	検出せず	合計
新	陽性	11	0	11
	検出せず	0	89	89
	合計	11	89	100

陽性一致率：100.0%

陰性一致率：100.0%

判定一致率：100.0%

●18 型判定

		旧		
		陽性	検出せず	合計
新	陽性	10	0	10
	検出せず	0	90	90
	合計	10	90	100

陽性一致率：100.0%

陰性一致率：100.0%

判定一致率：100.0%

●その他高リスク判定

		旧		
		陽性	検出せず	合計
新	陽性	40	0	40
	検出せず	1	59	60
	合計	41	59	100

陽性一致率：97.6%

陰性一致率：100.0%

判定一致率：99.0%

(自社検討資料)

【変更日】2024年9月3日(火) 検査実施分より

以上

尚、詳細につきましては、営業担当者またはインフォメーションまでお問い合わせ下さい。

本社 〒710-0834 倉敷市笹沖 468 番地の 5

インフォメーション TEL(086)427-2323

ホームページ <http://www.oml-inc.jp>